



HAA

Hrvatska akreditacijska agencija
Croatian Accreditation Agency

PRILOG POTVRDI O AKREDITACIJI br.: 2451

Annex to the Accreditation Certificate No.:

Klasa/Ref. No.: 383-02/17-80/007

Urbroj/Id. No.: 569-02/12-21-46

Datum izdanja priloga /Annex Issued on: 2021-08-26

Zamjenjuje prilog/Replaces Annex:

Klasa/Ref. No.: 383-02/17-80/007

Urbroj/Id. No.: 569-02/12-21-40

Datum izdanja priloga /Annex Issued on: 2021-05-27

Norma: HRN EN ISO/IEC 17025:2017

Standard:(ISO/IEC 17025:2017; EN ISO/IEC 17025:2017)

Akreditacija istječe: 2023-03-13

Accreditation expiry:

Prva akreditacija: 2014-04-16

Initial accreditation:

Akreditirani laboratorij

Accredited laboratory

ZAVOD ZA METROLOGIJU

Ulica Arsenija Boljevića bb, ME-81000 Podgorica

Sektor za metrološku sljedivost i državne etalone

Ulica Arsenija Boljevića bb, ME-81000 Podgorica

Ulica Donje Gorice bb, ME-81000 Podgorica

Područje akreditacije:

Scope of Accreditation:

**Umjeravanje: utega, utega slobodnih nazivnih masa i neautomatskih vaga;
mjerila zapremine od stakla i mjerila zapremine sa klipom;
etalona prelivnih pipeta i mjernih posuda;
mjerila temperature i relativne vlažnosti; etalona i mjernih uređaja duljine;
etalona i mjerila električnih veličina, frekvencije i vremenskog intervala; mjerila
tlaka, mjerila ionizirajućeg zračenja**

*Calibration of: weights, weights with free nominal masses and non-automatic weighing
instruments; laboratory glassware and piston-operated volumetric apparatus; etalons of
over flow pipettes and standard capacity measures; temperature and relative humidity
gauges; standards and instruments for measurement of length;
standards and instruments for measurement of electrical quantities, frequency and time
interval; pressure gauges and instruments for measurement of ionizing radiation*

Važeće izdanje Priloga dostupno je na web adresi: www.akreditacija.hr

Valid issue of the Annex is available at the web address: www.akreditacija.hr

Ravnateljica:

Director General:

mr. sc. Mirela Zečević

LABORATORIJA ZA ELEKTRIČNE VELIČINE

Umjeravanje etalona i mjerila električnih veličina
Calibration of standards and instruments for measurement of electrical quantities
Ulica Arsenija Boljevića bb, ME 81000 Podgorica

Umjeravanje u laboratoriju/ Calibration performed in a laboratory						
Br. No.	Mjerna veličina/ Mjerilo Measurand/ Calibration item	Mjerno područje Measurand range	Uvjeti mjerenja Measurement Conditions	Proširena mjerna nesigurnost Expanded Uncertainty	Metoda umjeravanja Calibration method	Napomene Remarks
1.	Istosmjerni napon/ DC Voltage	0 mV do/to 200 mV		$5,0 \cdot 10^{-5} \cdot U + 1 \mu\text{V}$	Vlastiti postupci/ In-house procedures QP.7.2/01-LEQ Izdanje/Issue 2020-04-22 i/and QP.7.2/02-LEQ Izdanje/Issue 02/01 2020-04-22 EURAMET /cg-15/v.3.0 (02/2015)	mjerenje + generiranje / measurement + generating
		200 mV do/to 2 V		$3,5 \cdot 10^{-5} \cdot U + 4 \mu\text{V}$		
		2 V do/to 20 V		$3,5 \cdot 10^{-5} \cdot U + 40 \mu\text{V}$		
		20 V do/to 200 V		$5,5 \cdot 10^{-5} \cdot U + 400 \mu\text{V}$		
		200 V do/to 1000 V		$5,5 \cdot 10^{-5} \cdot U + 5 \text{ mV}$		
2.	Izmjenični napon / AC Voltage	100 mV do/to 200 mV	50 Hz do/to 100 kHz	$7,5 \cdot 10^{-3} \cdot U + 0,2 \text{ mV}$	Vlastiti postupci/ In-house procedures QP.7.2/01-LEQ Izdanje/Issue 2020-04-22 i/and QP.7.2/02-LEQ Izdanje/Issue 02/01 2020-04-22 EURAMET /cg-15/v.3.0 (02/2015)	mjerenje + generiranje / measurement + generating
		200 mV do/to 2 V		$5,0 \cdot 10^{-3} \cdot U + 2 \text{ mV}$		
		2 V do/to 20 V		$5,0 \cdot 10^{-3} \cdot U + 20 \text{ mV}$		
		20 V do/to 200 V		$5,0 \cdot 10^{-3} \cdot U + 200 \text{ mV}$		
		200 mV do/to 2 V	100 kHz do/to 500 kHz	$0,1 \cdot U + 0,2 \text{ V}$		
		200 V do/to 700 V	50 Hz do/to 1 kHz	$1,0 \cdot 10^{-3} \cdot U + 0,2 \text{ V}$		

Umjeravanje u laboratoriju/ Calibration performed in a laboratory						
Br. No.	Mjerna veličina/ Mjerilo Measurand/ Calibration item	Mjerno područje Measurand range	Uvjeti mjerenja Measurement Conditions	Proširena mjerna nesigurnost Expanded Uncertainty	Metoda umjeravanja Calibration method	Napomene Remarks
3.	Istosmjerna struja / DC Current	0,1 mA do/to 0,2 mA		$1,2 \cdot 10^{-4} \cdot I + 4 \text{ nA}$	Vlastiti postupci/ In-house procedures QP.7.2/01-LEQ Izdanje/Issue 2020-04-22 i/and QP.7.2/02-LEQ Izdanje/Issue 02/01 2020-04-22 EURAMET /cg-15/v.3.0 (02/2015)	mjerenje + generiranje / measurement + generating
		0,2 mA do/to 2 mA		$1,2 \cdot 10^{-4} \cdot I + 40 \text{ nA}$		
		2 mA do/to 20 mA		$1,4 \cdot 10^{-4} \cdot I + 0,4 \text{ }\mu\text{A}$		
		20 mA do/to 200 mA		$4,8 \cdot 10^{-4} \cdot I + 8 \text{ }\mu\text{A}$		
		0,2 A do/to 2 A		$1,8 \cdot 10^{-3} \cdot I + 0,16 \text{ mA}$		
		2 A do/to 10 A		$4,0 \cdot 10^{-3} \cdot I + 4 \text{ mA}$		
4.	Izmjenična struja / AC Current	0,1 mA do/to 0,2 mA	50 Hz do/to 1 kHz	$5,0 \cdot 10^{-3} \cdot I + 0,2 \text{ }\mu\text{A}$	Vlastiti postupci/ In-house procedures QP.7.2/01-LEQ Izdanje/Issue 2020-04-22 i/and QP.7.2/02-LEQ Izdanje/Issue 02/01 2020-04-22 EURAMET /cg-15/v.3.0 (02/2015)	mjerenje + generiranje / measurement + generating
		0,2 mA do/to 2 mA	45 Hz do/to 10 kHz	$3,0 \cdot 10^{-3} \cdot I + 2 \text{ }\mu\text{A}$		
		2 mA do/to 20 mA		$3,0 \cdot 10^{-3} \cdot I + 20 \text{ }\mu\text{A}$		
		20 mA do/to 200 mA		$3,0 \cdot 10^{-3} \cdot I + 200 \text{ }\mu\text{A}$		
		0,2 A do/to 2 A		$7,5 \cdot 10^{-3} \cdot I + 2 \text{ mA}$		
		2 A do/to 10 A	45 Hz do/to 1 kHz	$2,5 \cdot 10^{-2} \cdot I + 20 \text{ mA}$		
5.	Otpor / Resistance	1 Ω do/to 2 Ω		$1,7 \cdot 10^{-4} \cdot R + 40 \text{ }\mu\Omega$	Vlastiti postupci/ In-house procedures QP.7.2/01-LEQ Izdanje/Issue 2020-04-22 i/and QP.7.2/02-LEQ Izdanje/Issue 02/01	mjerenje + generiranje / measurement + generating
		2 Ω do/ to 20 Ω		$1,0 \cdot 10^{-4} \cdot R + 0,15 \text{ m}\Omega$		
		20 Ω do/to 200 Ω		$8,0 \cdot 10^{-5} \cdot R + 0,5 \text{ m}\Omega$		
		200 Ω do/to 2 k Ω		$8,0 \cdot 10^{-5} \cdot R + 5 \text{ m}\Omega$		
		2 k Ω do/to 20 k Ω		$8,0 \cdot 10^{-5} \cdot R + 50 \text{ m}\Omega$		

Umjeravanje u laboratoriju/ Calibration performed in a laboratory							
Br. No.	Mjerna veličina/ Mjerilo Measurand/ Calibration item	Mjerno područje Measurand range	Uvjeti mjerenja Measurement Conditions	Proširena mjerna nesigurnost Expanded Uncertainty	Metoda umjeravanja Calibration method	Napomene Remarks	
5. ↑	Otpor / Resistance	20 kΩ do/to 200 kΩ		$8,0 \cdot 10^{-5} \cdot R + 0,5 \Omega$	2020-04-22		
		200 kΩ do/to 2 MΩ		$9,0 \cdot 10^{-5} \cdot R + 10 \Omega$	EURAMET /cg-15/v.3.0 (02/2015)		
		2 MΩ do/to 20 MΩ		$2,0 \cdot 10^{-4} \cdot R + 1 \text{ k}\Omega$			
		20 MΩ do/to 100 MΩ		$1,2 \cdot 10^{-3} \cdot R + 100 \text{ k}\Omega$			
6.	Mjerna kliješta/ Measuring Clamp	0 mV do/to 330 mV		$20 \cdot 10^{-5} \cdot U + 10 \mu\text{V}$	Vlastiti postupak/ In-house procedure QP.7.2/03-LEQ Izdanje/Issue 01/05 2020-04-22	Generiranje istosmjernog napona/ Generating DC voltage	
		330 mV do/to 3,3 V		$10 \cdot 10^{-5} \cdot U + 20 \mu\text{V}$			
		3,3 V do/to 33 V		$12 \cdot 10^{-5} \cdot U + 200 \mu\text{V}$			
		33 V do/to 330 V		$18 \cdot 10^{-5} \cdot U + 1,5 \text{ mV}$			
		330 V do/to 1000 V		$18 \cdot 10^{-5} \cdot U + 7,5 \text{ mV}$			
		100 mV do/to 330 mV		45 Hz do/to 65 Hz			$3,5 \cdot 10^{-3} \cdot U + 0,08 \text{ mV}$
		330 mV do/to 3,3 V	$3 \cdot 10^{-3} \cdot U + 0,5 \text{ mV}$				
		3,3 V do/to 33 V	$3,5 \cdot 10^{-3} \cdot U + 6 \text{ mV}$				
		33 V do/to 330 V	$3,5 \cdot 10^{-3} \cdot U + 60 \text{ mV}$				
		330 V do/to 600 V	$3 \cdot 10^{-3} \cdot U + 100 \text{ mV}$				
		0,1 A do/to 10 A		$0,05 \cdot I$		EURAMET /cg-15/v.3.0 (02/2015)	Generiranje istosmjerne struje/ Generating DC current
		10 A do/to 16,5 A		$0,01 \cdot I + 0,05 \text{ A}$			
		16,5 A do/to 150 A		$0,01 \cdot I + 0,5 \text{ A}$			
		150 A do/to 500 A		$0,01 \cdot I + 1 \text{ A}$			
		0,1 A do/to 10 A		$0,05 \cdot I$			
		10 A do/to 16,5 A		$0,01 \cdot I + 0,05 \text{ A}$			
		16,5 A do/to 150 A	$0,01 \cdot I + 0,5 \text{ A}$				
		150 A do/to 500 A	$0,01 \cdot I + 1 \text{ A}$				
		1 Ω do/to 11 Ω		$4 \cdot 10^{-4} \cdot R + 1 \text{ m}\Omega$			Generiranje otpora/ Generating resistance
		11 Ω do/to 1,1 kΩ		$3 \cdot 10^{-4} \cdot R + 2 \text{ m}\Omega$			
1,1 kΩ do/to 11 kΩ	$3 \cdot 10^{-4} \cdot R + 20 \text{ m}\Omega$						
11 kΩ do/to 110 kΩ	$3 \cdot 10^{-4} \cdot R + 0,2 \Omega$						
110 kΩ do/to 1,1 MΩ	$3 \cdot 10^{-4} \cdot R + 2 \Omega$						
1,1 MΩ do/to 3,3 MΩ	$6 \cdot 10^{-4} \cdot R + 30 \Omega$						

Umjeravanje u laboratoriju/ Calibration performed in a laboratory						
Br. No.	Mjerna veličina/ Mjerilo Measurand/ Calibration item	Mjerno područje Measurand range	Uvjeti mjerenja Measurement Conditions	Proširena mjerna nesigurnost Expanded Uncertainty	Metoda umjeravanja Calibration method	Napomene Remarks
6. ↑	Mjerna kliješta/ Measuring Clamp	3,3 MΩ do/to 11 MΩ		$1,3 \cdot 10^{-3} \cdot R + 50 \Omega$		
		11 MΩ do/to 40 MΩ		$5 \cdot 10^{-3} \cdot R + 3 \text{ k}\Omega$		