

714.

Na osnovu člana 8 stav 2 Zakona o metrologiji ("Službeni list CG", broj 79/08), Ministarstvo ekonomskog razvoja donijelo je

PRAVILNIK

O TEHNIČKIM I METROLOŠKIM USLOVIMA I POSTUPKU OVLAŠĆIVANJA LICA ZA PRIPREMU MJERILA ZA ISPITIVANJE TEHNIČKE ISPRAVNOSTI MOTORNIH I PRIKLJUČNIH VOZILA ZA OVJERAVANJE

("Službeni list Crne Gore", br. 037/26 od 17.03.2026)

Član 1

Ovim pravilnikom propisuju se tehnički i metrološki uslovi, potreban stručni kadar i postupak ovlašćivanja privrednog društva, odnosno drugog pravnog lica (u daljem tekstu: pravno lice) za vršenje poslova pripreme mjerila za ispitivanje tehničke ispravnosti motornih i priključnih vozila za ovjeravanje.

Član 2

Mjerila za ispitivanje tehničkih ispravnosti motornih i priključnih vozila u smislu ovog pravilnika su:

- 1) mjerila kočione sile na obodu točka kod motornih i priključnih vozila (u daljem tekstu: mjerila kočione sile);
- 2) analizatori izduvnih gasova kod motora sa paljenjem varnicom (u daljem tekstu: analizatori);
- 3) mjerila koncentracije čađi u izduvnim gasovima motora sa kompresijskim paljenjem (u daljem tekstu: opacimetri).

Član 3

Priprema mjerila za ispitivanje tehničke ispravnosti motornih i priključnih vozila za ovjeravanje obuhvata pregled, popravku, pripremu etalona za ispitivanje i provjeru metroloških i tehničkih karakteristika.

O izvršenim radnjama iz stava 1 ovog člana sačinjava se pisani izvještaj, koji treba da sadrži:

- 1) podatke o korisniku mjerila (naziv, sjedište, adresu, odgovorno lice, poreski identifikacioni broj, broj telefona);
- 2) podatke o mjestu i datumu pregleda mjerila;
- 3) podatke o mjerilima (proizvođač, tip, godina proizvodnje i serijski broj);
- 4) metrološke i druge tehničke podatke za ovjeravanje;
- 5) kratak opis kvara mjerila;
- 6) datum i mjesto sačinjavanja zapisnika;
- 7) pečat, ime, prezime i potpis odgovornog lica u ovlaštenom privrednom društvu, odnosno preduzetniku za pripremu mjerila za ovjeravanje.

Član 4

Priprema mjerila za ispitivanje tehničke ispravnosti motornih i priključnih vozila za ovjeravanje treba da se vrši na mjestu korišćenja u radnim uslovima ili u prostoru ovlaštenog pravnog lica za vršenje poslova pripreme.

Ovjeravanje mjerila za ispitivanje tehničke ispravnosti motornih i priključnih vozila iz stava 1 ovog člana treba da se vrši na mjestu korišćenja u radnim uslovima.

Član 5

Poslove pripreme mjerila za ispitivanje tehničke ispravnosti motornih i priključnih vozila za ovjeravanje iz člana 1 ovog pravilnika, može vršiti pravno lice ako ima:

- 1) opremu za ispitivanje mjerila za ispitivanje tehničke ispravnosti motornih i priključnih vozila;
- 2) prostor za smještaj opreme za ispitivanje i/ili prostorije za prijem, popravku i ispitivanje mjerila;
- 3) potreban stručni kadar.

Član 6

Pravno lice radi vršenja poslova pripreme mjerila kočione sile za ovjeravanje treba da posjeduje sljedeću mjernu opremu:

- 1) referentni etalon sile čija vrijednost proširene mjerne nesigurnosti za normalnu raspodjelu odgovara nivou povjerenja od približno 95% i nije veća od 1/3 vrijednosti NDG;
- 2) opremu za ispitivanje vaga čija vrijednost proširene mjerne nesigurnosti za normalnu raspodjelu odgovara nivou povjerenja od približno 95% i nije veća od 1/3 vrijednosti NDG;
- 3) opremu za ispitivanje mjerila sile na pedali kočnice vozila čija vrijednost relativne proširene mjerne nesigurnosti za normalnu raspodjelu odgovara nivou povjerenja od približno 95% i nije veća od 1/3 vrijednosti NDG;
- 4) mjerilo dužine opšte namjene za mjerenje obima i spoljašnjih prečnika čija vrijednost proširene mjerne nesigurnosti za normalnu raspodjelu odgovara nivou povjerenja od približno 95% i nije veća 1 mm;
- 5) mjerilo broja obrtaja valjaka, sa mjernim opsegom najmanje od 20 min⁻¹ do 220 min⁻¹, čija vrijednost proširene mjerne nesigurnosti za normalnu raspodjelu odgovara nivou povjerenja od približno 95% i nije veća 1 min⁻¹;
- 6) termometar za mjerenje temperature tokom ispitivanja, sa mjernim opsegom najmanje od 0 °C do 40 °C, čija vrijednost proširene mjerne nesigurnosti za normalnu raspodjelu odgovara nivou povjerenja od približno 95% i nije veća od 1 °C.

Član 7

Pravno lice radi vršenja poslova pripreme analizatora za ovjeravanje treba da posjeduje sljedeću mjernu opremu:

- 1) referentne gasove tačno određenog sastava;
- 2) termometar sa podjelom najmanje od 0,5 °C za mjerenje temperature vazduha radne sredine;
- 3) higrometar sa podjelom najmanje od 5% za mjerenje relativne vlažnosti vazduha radne sredine;
- 4) barometer sa podjelom najmanje od 0,1 hPa za mjerenje atmosferskog pritiska;
- 5) štoperica sa podjelom najmanje od 0,01 s;
- 6) pomoćnu opremu potrebnu za sigurno rukovanje i upotrebu referentnih materijala (redukzione ventile, regulatore protoka, pribor potreban za spajanje i slično);

Mjerna oprema treba da bude kalibrisana, a referentni gasovi (boce s referentnim gasovima) sertifikovani.

Član 8

Pravno lice radi vršenja poslova pripreme opacimetara za ovjeravanje treba da posjeduje sljedeću mjernu opremu:

- 1) etalonski filteri koeficijenta propustljivosti čija vrijednost relativne proširene mjerne nesigurnosti nije veća od 1%;
- 2) termometar sa podjelom najmanje od 0,5 °C, mjernog opsega od 10 °C do 50 °C za mjerenje temperature vazduha radne sredine.

Član 9

Pravno lice za pripremu mjerila za ispitivanje tehničke ispravnosti motornih i priključnih vozila za ovjeravanje treba da ima prostor za smještaj opreme za ispitivanje mjerila.

Ako se priprema mjerila za ispitivanje tehničke ispravnosti motornih i priključnih vozila vrši kod ovlašćenog pravnog lica, prostorija za ispitivanje treba da:

- a) bude čista, suva i dovoljno prostrana za neometano ispitivanje mjerila;
- b) bude dovoljno prostrana za smještaj potrebne opreme;
- c) bude zaštićena od direktnog uticaja sunčeve svjetlosti;
- d) ima kontrolni termometar za mjerenje temperature vazduha;
- e) ima kontrolni higrometar za mjerenje relativne vlažnosti vazduha;
- f) ima dnevnu i električnu rasvjetu;
- g) izvori grijanja prostorije budu najmanje 1,5 m udaljeni od opreme tj. od mjesta gdje se obavlja ispitivanje i moraju omogućiti ujednačeno zagrijavanje prostorije.

Član 10

Radi vršenja poslova pripreme mjerila iz člana 1 za ovjeravanje pravno lice treba da ima stručni kadar od najmanje dva zaposlena lica koja imaju:

- 1) kvalifikaciju srednjeg stručnog obrazovanja 180 kredita CSPK-a (III nivo nacionalnog okvira kvalifikacija) ili kvalifikaciju srednjeg opšteg i stručnog obrazovanja-tehničkog smjera 240 kredita CSPK-a (IV nivo nacionalnog okvira kvalifikacija, podnivo jedan IVI), i
- 2) tri godine radnog iskustva na poslovima ispitivanja ili proizvodnje ili servisiranja mjerila iz člana 2 ovog pravilnika.

Član 11

Radi ovlašćivanja za vršenje poslova pripreme zakonskih mjerila iz člana 2 ovog pravilnika za ovjeravanje pravno lice treba da podnese zahtjev organu državne uprave nadležnom za poslove metrologije.

Uz zahtjev iz stava 1 ovog člana dostavljaju se dokazi o ispunjenosti uslova iz čl. 5 do 10 ovog pravilnika.

Zahtjev iz stava 1 ovog člana sadrži sljedeće podatke:

- 1) naziv, sjedište, poreski identifikacioni broj i kontakt podatke pravnog lica;
- 2) vrstu mjerila;
- 3) mjerni opseg.

Član 12

Ovlašćeno pravno lice za vršenje poslova pripreme mjerila za ispitivanje tehničke ispravnosti motornih i priključnih vozila za ovjeravanje, za vrijeme popravke istih može ukloniti državni žig postavljen na mjerilu.

Član 13

Nakon uklanjanja državnog žiga i izvršene popravke mjerila, ovlašćeno lice treba da podnese zahtjev za vanredni pregled mjerila Zavodu za metrologiju u roku od sedam dana.

Član 14

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore".

Broj: 07-328/26-615/3

Podgorica 6. marta 2026. godine

Ministar,

Nik Gjelošhaj, s.r.